

38510000-3 Мікроскопи (Мікроскопи, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 38513000-4 Інвертовані та металургійні мікроскопи - Інвертований мікроскоп (17440 Інвертований світловий мікроскоп) - 2 шт.
Спеціальні вимоги:

№ з/п	Найменування складової системи та вимоги	Відповідність (так/ні)
1.	Тип мікроскопу: тринокулярний	
2.	Тип штативу: інвертований	
3.	Тип оптичної системи: корекція на «нескінченність», корекція по кольору	
4.	Типи контрастних методик, не менше: світле поле, поляризація	
5.	Тип об'єтивів: план ахроматичні	
6.	Револьверний пристрій не менше, ніж на 4 об'єтиви	
7.	Діоптрійне налаштування: не менше, ніж +/- 5 діоптрій	
8.	Діапазон міжзичної відстані, не менше: 48 – 75 мм	
9.	Розмір предметного столика, не менше: 210x200 мм	
10.	Переміщення не менше 50x50 мм	
11.	Джерело світла: галогенова лампа не менше ніж 50 Вт	
12.	Можливість взаємозаміни кварцево-галогенної лампи	
13.	Коаксиальні ручки для точного фокусування	
14.	Поле зору: не менше 22 мм	
15.	Можливість точного фокусування, не гірше ніж 0,002 мм	
16.	Окуляри: не гірше HWF 10X/0.22 мм (кориговані)	
17.	У комплект поставки має входити (Учасник повинен надати гарантійний лист), об'єтиви не менше: 5X/0,13 WD 16,04 мм, 10X/0,25 WD 18,48 мм, 20X/0,40 WD 8,35 мм, 50X/0,70 (з пружиною) WD 1,95 мм, блок живлення, пилозахисний чохол	

Лот 2 - 38516000-5 Монокулярні та/або бінокулярні світлові біологічні мікроскопи - Бінокулярний мікроскоп (35484 Мікроскоп світловий стандартний) - 2 шт.
Спеціальні вимоги:

№ з/п	Найменування складової системи та вимоги	Відповідність (так/ні)
1.	Методи досліджень, не менше:	

	1) Світлодіод освітлення (прохідне) 2) Обов'язкова можливість дооснащення мікроскопу наступними методами: темне поле, флуоресценція, поляризація - без заміни штативу 3) Можливість дооснащення фотосистемою	
2.	Тип тубуса: 1) Кут нахилу окулярних трубок не більше 30° 2) Максимальне поле зору окулярів не менше 20 мм 3) Можливість обертання тубусу на 360° 4) Міжзінічна відстань у діапазоні 50-75 мм	
3.	Предметний стіл: 1) Діапазон переміщення, не менше 76x52 мм 2) Габарити не менше 145x130 мм	
4.	Рукоятка координатного предметного стола: Повинна бути коаксіальною крок руху не більше 2 мкм	
5.	Револьверний пристрій: Повинен забезпечувати встановлення не менше 4-х об'єктивів	
6.	Конденсор: Прецентрований Конденсор Аббе – N.A.= 1.25 з апертурною діафрагмою та польовою діафрагмою	
7.	Кольорові фільтри: Блакитний (вбудований)	
8.	Набір кольорових світлофільтрів: Можливість (не менше трьох: синій, зелений, жовтий)	
9.	Розміри приладу: 395x200x380 мм	
10.	Потужність LED освітлювача: Не менше 6 В / 20 Вт галоген запасна лампочка (прохідне)	
11.	Збільшення: 4x, 10x, 40x, 100x масляної імерсії	
12.	Оптична корекція об'єктивів, не гірше: Планахроматична (Infinity Eplan)	
13.	Характеристика об'єктиву 4x: 4x/0.1 WD: 12,1 мм	
14.	Характеристика об'єктиву 10x: 10x/0.25 WD: 2,1 мм	
15.	Характеристика об'єктиву 40x: 40x/0.65 WD: 0,58 мм	
16.	Характеристика об'єктиву 100x: 100x/1.25 WD: 0,19 мм, масло	
17.	Лінійне поле окулярів: Не менше 20 мм	
18.	Оптична система скорегована на нескінченність: Наявність	
19.	Наявність чохла для захисту від пилу.	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних

закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

Якщо обладнання не є медичним виробом, учасник надає лист-роз'яснення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов'язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 29.12.2023. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації,

який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об'єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз'яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

.....
(посада особи, що підписує форму)
(підпис)

.....
(П.І.Б.)
М. П.*

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

931 385,84 грн (Дев'ятсот тридцять одна тисяча триста вісімдесят п'ять гривень 84 копійки), з ПДВ, зокрема:

лот 1 – 752 407,04 грн (Сімсот п'ятдесят дві тисячі чотириста сім гривень 04 копійки);

лот 2 – 178 978,80 грн (Сто сімдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят вісім гривень 80 копійок).