



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 18"  
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  
Бул.Т.Шевченка,17, м.Київ, 01054, тел.(044)235-40-56, (044)293-24-02,  
e-mail: kmk118@health.kiev.ua, код ЄДРПОУ 01993776**

15.11.2023 № 061/15- 2091

КНП «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ  
ІНФОРМАЦІЙНО-  
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР  
МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ  
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КМДА)

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів», КНП «КМКЛ № 18» надає для оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі по процедурі закупівлі відкриті торги з особливостями:

1. 33180000-5 Апаратура для підтримання фізіологічних функцій організму (Дефібрилятор-монітор), очікувана вартість предмета закупівлі – 355 000,00 грн. з ПДВ, Закупівля UA-2023-11-10-012587-а.

Виконувач обов'язків директора

Людмила ПИЛИПЧЕНКО

Паталія ГЕРМАШЕВА (044)293-24-07

**Найменування:** Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №18» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
**Місцезнаходження:** 01054, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 17  
**Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:** 01993776  
**Предмет закупівлі:** Дефібрилятор-монітор» (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму)  
**Вид закупівлі:** відкриті торги (з особливостями)

**Обґрунтування застосування процедури закупівлі:**

Процедура закупівлі визначена відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами).

**Обґрунтування доцільності закупівлі:**

Для проведення лікувально-діагностичного процесу в лікарні.

**Обґрунтування обсягів закупівлі:**

Відповідно до потреби, наданої завідувачем відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії у кількості 3 одиниці.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**  
**згідно предмету закупівлі:**  
**«Дефібрилятор-монітор»**  
**(ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»**  
**33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму)**

Вимоги		Відповідність Так/ні
<b>Режими роботи</b>	режим AED ( опційно ), синхронний та асинхронний режими кардіоверсій, режим автотестування.	
<b>Форма імпульсу</b>	біфазний асиметричний ступінчастий квазісинусоїдальний імпульс з технологією стабілізації струму (технологія Current Based) та дозовизначаючих параметрів дефібрилюючого імпульсу.	
<b>Рівні енергії</b>	6Дж/6А, 11Дж/8А, 22Дж/11А, 45Дж/16А, 65Дж/20А, 100Дж/25А, 150Дж/32А, 200Дж/40А, 360Дж/42А	
<b>Електроди</b>	багаторазові дорослі та одноразові дитячі електроди	
<b>Канали ЕКГ</b>	один канал, можливість спостереження ЕКГ з електродів для дефібриляції.	
<b>Час зарядки</b>	<6 с для енергії 360 Дж.	
<b>Монітор</b>	кольоровий TFT-LCD, 480 x 272 пікселів.	

<b>Управління даними</b>	архів протоколів дефібрилюючих дій (100) з внутрішньою енергонезалежною пам'яттю	
<b>Джерело живлення</b>	живлення від мережі 220 В, або від вбудованої акумуляторної батареї (до 200 розрядів).	
<b>Тестування</b>	програмоване авто тестування технічного стану апарата із записом часу та результатів тестування і голосовим повідомленням про результати останнього авто - тестування при вмиканні електроживлення.	
<b>Розмір</b>	246x270x83 мм.	
<b>Вага</b>	3,5 кг.	

#### **Загальні медико-технічні вимоги**

Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

#### **На підтвердження Учасник повинен надати:**

а) копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) гарантійний лист про те, що на момент поставки товару буде надано копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

в) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro*», від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують», якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України та були введені в обіг до дати обов'язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п'ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності, або

г) у разі, якщо дія Технічного регламенту щодо медичних виробів не поширюється на обладнання, що пропонується, Учасник повинен надати **письмове пояснення** із зазначенням причин відсутності необхідності проходженню процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити **не менше 12 місяців**, з дня підписання акта введення в експлуатацію обладнання. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката сервісного інженера або іншого документу, виданого виробником (або представником, дилером, дистриб'ютором, офіційно уповноваженим на це виробником).

Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури

закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

**ДО УВАГИ УЧАСНИКА!**

**Доставка, розвантаження на склад товару, усі податки і збори здійснюються за рахунок постачальника та включаються у вартість продукції.**

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов'язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» на підставі аналізу закупівельних цін попередніх періодів, враховуючи коригування ціни договору попереднього періоду з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют, тощо та інформації в електронній системі закупівель "Prozorro". Також використовувались Прайс-листи постачальників та відкрита інформація в Інтернеті. Очікувана вартість закупівлі становить **355000,00 грн. з ПДВ.**

Уповноважена особа

Наталія ГЕРМАШЕВА