

**33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
(Медичне обладнання різне, 5 лотів).**

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Лот 1 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Стационарне донорське крісло (10789 Донорське крісло/донорська кушетка) - 6 шт.

Вимоги:

№ п/п	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так / ні)
1	Колір: Червоний	
2	Складається з міцного металевого каркаса, на якому розташовані м'які подушки	
3	Збірна конструкція підлокітників (зміна положення підлокітника)	
4	Контроль положення крісла (зміна положень крісла здійснюється за допомогою ручки керування)	
5	Робоче положення крісла на рівні поясу для проведення флеботомії	
6	Для оббивки крісла використовується м'який матеріал, який можна обробляти дезінфікуючим засобом	
7	Технічні вимоги: макс. навантаження - 180 кг; макс. навантаження на дно підлокітника - 5 кг; габаритна довжина - 1700 мм; габаритна ширина - 900 мм; габаритна висота - 1250 мм; посадочна висота - 600 мм.	

Лот 2 - 33194200-8 Пристрої та інструменти для переливання крові - Електромеханічний стенд для контрольованого процесу фільтрації крові (62736 Стійка для зберігання медичних виробів) - 2 шт.

Вимоги:

№ п/п	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так / ні)
1	Стенд для контрольованого процесу фільтрації крові полегшує і покращує фільтрацію крові в контейнерах для крові.	
2	Стенд виготовлений з міцної та стійкої до корозії сталі яку можна обробляти дезінфекційними розчинами.	
3	Ергономічний дизайн дозволяє легко і швидко почати процес фільтрації, встановлюючи висоту.	
4	Може використовуватися для всіх видів мішків крові.	
5	Рух активується при натисканні на педаль	
6	Регульована відстань між гачками і лотками.	
7	Колеса обладнані поворотним механізмом та функцією фіксації коліс	

Лот 3 - 33194200-8 Пристрої та інструменти для переливання крові - Роликові щипці для ручної очистки магістралі (33969 Лещата хірургічні для робочого стола) - 3 шт.

Вимоги:

№ п/п	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так / ні)
1	Ручний роликовий затискач з легкого алюмінієвого сплаву з колесиками з нержавіючої сталі на підшипниках.	
2	Очищувач дозволяє простим і практичним способом очистити ПВХ магістралі контейнерів для крові.	

Лот 4 - 33194200-8 Пристрої та інструменти для переливання крові - Запаювач поліхлорвінілових трубок стаціонарний (62054 Апарат для зварювання лабораторних трубок) - 1 шт.

Вимоги:

№ п/п	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так / ні)
1	Пристрій повинен бути призначений для запаювання ПВХ трубок контейнерів для крові.	
2	Пристрій повинен бути оснащеним світловим та звуковим індикатором правильного /неправильного запаювання.	
3	Пристрій повинен запаювати ПВХ трубки контейнерів для крові будь-якого виробника.	
4	Кожен шов повинен бути в вигляді центральної лінії, що дозволяє виконати легке відокремлення однієї частини від іншої.	
5	Пристрій повинен бути обладнаний LED індикатором, що показує стан заряду акумулятору.	
6	Прилад повинен бути обладнаний Li-Ion акумулятором.	
7	Акумулятор повинен бути з'ємним.	
8	Кількість запаювань за 1 повний заряд акумулятора від 1000-2000 швів.	
9	Пристрій повинен запаювати трубки не більш ніж за 3 секунди.	
10	Запаювач повинен бути обладнаний функцією сну у разі тривалої перерви у роботі задля економії ємкості акумулятору.	
11	Запаювач повинен бути виконаний з нержавіючої сталі з окремними частинами які виконані з пластику.	

Лот 5 - 33194200-8 Пристрої та інструменти для переливання крові - Вагопомішувач (13459 Ваги для зважування крові) - 6 шт.

Вимоги:

№ п/п	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так / ні)
1	Пристрій повинен бути призначений для контрольованого взяття крові у донора	

2	Пристрій повинен мати лоток для контейнеру який постійно колихається в різних напрямках	
3	Пристрій повинен виконувати роботу як самостійно так і в тандемі з запаювачем	
4	Пристрій повинен бути обладнаний автоматичною зупинкою забору крові	
5	Пристрій повинен працювати від акумуляторної батареї	
6	Пристрій повинен працювати від повністю зараженого акумулятора близько 10 годин.	
7	Кількість донацій за 1 повний заряд акумулятора від 30 до 50	
8	Пристрій повинен бути обладнаний затискачем із визначенням положення трубки	
9	Пристрій повинен бути обладнаний повнокольоровим сенсорним дисплеєм з зрозумілою навігацією користувача	
10	Пристрій повинен бути обладнаний світлодіодним індикатором процесу забору донорської крові	
11	Пристрій повинен бути обладнаний функцією автоматичного вимкнення після простою	
12	Діапазон об'єму дози крові - від 200 до 500 мл	
13	Пристрій повинен мати можливість підключення до ПК за допомогою бездротового радіочастотного передавача	
14	Пристрій повинен бути укомплектовано CD диском з програмним забезпеченням виробника для підключення до ПК.	
15	Пристрій повинен мати можливість в подальшому укомплектовуватися сканером штрих кодів.	
16	Пристрій повинен бути розрахований на алгоритм штрих кодування який вимагає ІвВТ у разі використання сканерів штрих кодів.	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволенним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов'язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 29.12.2023. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об'єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз'яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

.....
(посада особи, що підписує форму)
(підпис)

.....
(П.І.Б.)
М. П.*

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

1 937 975,28 грн (Один мільйон дев'яцот тридцять сім тисяч дев'яцот сімдесят п'ять гривень 28 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 438 999,96 грн (Чотириста тридцять вісім тисяч дев'яцот дев'яцот дев'ять гривень 96 копійок);

лот 2 - 334 000,00 грн (Триста тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок);

лот 3 - 42 999,99 грн (Сорок дві тисячі дев'яцот дев'яцот дев'ять гривень 99 копійок);

лот 4 - 143 975,33 грн (Сто сорок три тисячі дев'яцот сімдесят п'ять гривень 33 копійки);

лот 5 - 978 000,00 грн (Дев'яцот сімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).