

33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Мовні процесори, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33185200-2 Кохлеарні імплантати - Мовний процесор для системи кохлеарної імплантації Med-EL, або еквівалент (47374 Звуковий процесор для системи кохлеарної імплантації) - 5 шт.

Спеціальні вимоги:

Кількість - 5 шт.
<i>Технічні вимоги до мовного процесора кохлеарної системи Med-El, або еквівалент</i>
<i>Мовний процесор:</i>
<ul style="list-style-type: none">✓ цифровий процесор;✓ заушний варіант мовного процесора;✓ можливість живлення мовного процесора від повітряно-цинкових елементів живлення;✓ можливість живлення мовного процесора від акумуляторів;✓ всенаправлений мікрофон;✓ можливість використання мовного процесора всіма групами пацієнтів;✓ кількість програм - не менше 4-х;✓ наявність пульта дистанційного керування;✓ сумісність з імплантами Med-El Combi40+, Med-El Pulsar, Med-El SonataTi100, або еквівалент
<i>Додаткові вимоги:</i>
<ul style="list-style-type: none">✓ гарантійне обслуговування та ремонт мовного процесора - не менше 3-х років з моменту встановлення;✓ ремонт або заміна здійснюються в терміни, що не перевищують 14 днів, а в разі потреби відправити товар для тестування виробнику - 30 днів.

Лот 2 - 33185200-2 Кохлеарні імплантати - Мовний процесор для системи кохлеарної імплантації Cochlear, або еквівалент (47374 Звуковий процесор для системи кохлеарної імплантації) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

Кількість - 1 шт.
<i>Технічні вимоги до мовного процесора кохлеарної системи Cochlear, або еквівалент</i>
<i>Мовний процесор:</i>
<ul style="list-style-type: none">✓ цифровий процесор;✓ заушний варіант мовного процесора;✓ можливість живлення мовного процесора від повітряно-цинкових елементів живлення;✓ можливість живлення мовного процесора від акумуляторів;✓ 2 всенаправлених мікрофони;✓ можливість використання мовного процесора всіма віковими групами пацієнтів;✓ наявність пристрою дистанційного керування;✓ кількість програм - не менше 4-х;✓ сумісність з імплантами Cochlear, або еквівалент
<i>Додаткові вимоги:</i>
<ul style="list-style-type: none">✓ гарантійне обслуговування та ремонт мовного процесора - не менше 3-х років з моменту встановлення;

✓ ремонт або заміна здійснюються в терміни, що не перевищують 14 днів, а в разі потреби відправити товар для тестування виробнику - 30 днів.

Особливі вимоги:

- дата виготовлення медичного виробу повинна бути не раніше 2022 року;
- наявність сервісного центру в м. Києві для виконання гарантійного та післягарантійного сервісу;
- учасник повинен забезпечити програмним, апаратним забезпеченням та його супроводом, навчити фахівців закладу охорони здоров'я м. Києва (не менше 2-х) налаштуванню мовних процесорів, які надійдуть до закладу охорони здоров'я, та подальшому переналаштуванню системи кохлеарної імплантації з видачею відповідного сертифікату;
- виконання гарантійного ремонту здійснюється в терміни, що не перевищують 30 днів.

Для підтвердження відповідності особливим вимогам учасник надає гарантійний лист про їх виконання.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу або лист-роз'яснення щодо його відсутності.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів.

3. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 29.12.2023. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5. Обов'язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмету закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

--	--	--	--	--	--

.....
(посада особи, що підписує форму)
(підпис)

.....
(П.І.Б.)
М. П.*

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

2 239 377,38 грн (Два мільйони двісті тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят сім гривень 38 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 1 738 625,40 грн (Один мільйон сімсот тридцять вісім тисяч шістсот двадцять п'ять гривень 40 копійок);

лот 2 - 500 751,98 грн (П'ятсот тисяч сімсот п'ятдесят одна гривня 98 копійок).