

## **33140000-3 Медичні матеріали (Медичні вироби для хворих на бульозний епідермоліз, 9 лотів)**

### **1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі\*\*:**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.\*\*\*

Лот 1 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов'язка атравматична Atrauman® Silicone 7,5 см x 10 см, або еквівалент (46855 Пов'язка на рану, що не прилипає, проникна) - 1440 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Основа пов'язки - ПЕТ сітка (поліетилен-терафталат).
2. Сітка вкрита з обох сторін силіконовим гелем (основа гелю - полідиметилсилоксан).
3. Пов'язка має сітчасту структуру, що забезпечує проникність ексудату та попереджує проникнення грануляційної тканини всередину пов'язки.
4. Пов'язка атравматична (не прилипає до ранової поверхні), м'яка, легко моделюється.
5. Пов'язка повинна бути стерильною.
6. Розмір 7,5 см x 10 см.

Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально (копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 2 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов'язка атравматична Atrauman® Silicone 10 см x 20 см, або еквівалент (46855 Пов'язка на рану, що не прилипає, проникна) - 5397 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Основа пов'язки - ПЕТ сітка (поліетилен-терафталат).
2. Сітка вкрита з обох сторін силіконовим гелем (основа гелю - полідиметилсилоксан).
3. Пов'язка має сітчасту структуру, що забезпечує проникність ексудату та попереджує проникнення грануляційної тканини всередину пов'язки.
4. Пов'язка атравматична (не прилипає до ранової поверхні), м'яка, легко моделюється.
5. Пов'язка повинна бути стерильною.
6. Розмір 10 см x 20 см.

Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально (копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 3 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Пов'язка атравматична Atrauman® Silicone 20 см x 30 см, або еквівалент (46855 Пов'язка на рану, що не прилипає, проникна) - 2520 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Основа пов'язки - ПЕТ сітка (поліетилен-терафталат).
2. Сітка вкрита з обох сторін силіконовим гелем (основа гелю - полідиметилсилоксан).
3. Пов'язка має сітчасту структуру, що забезпечує проникність ексудату та попереджує проникнення грануляційної тканини всередину пов'язки.

4. Пов'язка атравматична (не прилипає до ранової поверхні), м'яка, легко моделюється.

5. Пов'язка повинна бути стерильною.

6. Розмір 20 см x 30 см.

Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально (копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 4 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Серветка з нетканого матеріалу Medicomp® / Mesoft 10 см x 10 см, або еквівалент (48130 Серветка неткана, нестерильна) - 28230 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Серветка має бути з нетканого матеріалу білого кольору.

2. Виготовлена із віскози та полієфіру, без зв'язувальних речовин та оптичних освітлювачів.

3. Серветка м'яка, повітропроникна, має 4 шари, краї рівні, без залишків матеріалу.

4. Серветка повинна бути стерильною.

5. Розмір 10 см x 10 см.

Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально (копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 5 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт еластичний фіксуєчий Reha-fix®/Fixa-Ster 6 см x 4 м, або еквівалент (58964 Бандаж утримуючий неадгезивний) - 3120 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Бинт - м'який, крепованої структури.

2. Склад - віскоза, поліамід.

3. Еластичний, розтяжність 125%. Має оброблений край, надійно кріпиться, не сповзає.

4. Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134°).

5. Розмір 6 см x 4 м.

Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально (копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 6 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт еластичний фіксуєчий Reha-fix®/Fixa-Ster 8 см x 4 м, або еквівалент (58964 - Бандаж утримуючий неадгезивний) - 1520 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Бинт - м'який, крепованої структури.

2. Склад - віскоза, поліамід.

3. Еластичний, розтяжність 125%. Має оброблений край, надійно кріпиться, не сповзає.

4. Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134°).

5. Розмір 8 см x 4 м.

Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально (копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 7 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Бинт еластичний фіксуєчий Reha-fix®/Fixa-Crep 10 см x 4 м, або еквівалент (58964 Бандаж утримуючий неадгезивний) - 3560 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Бинт - м'який, крепованої структури.
2. Склад - віскоза, поліамід.
3. Еластичний, розтяжність 125%. Має оброблений край, надійно кріпиться, не сповзає.
4. Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134°).
5. Розмір 10 см x 4 м.

Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально (копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 8 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Гідрогель Hydrosorb® Gel 15 г, або еквівалент (47764 Пов'язка на рану гідрогелева, стерильна) - 552 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Прозорий, в'язкий гель.
2. Склад: розчин Рінгеру, гліцерин, гідроксиетилцелюлоза, карбоксиметилцелюлоза. Не містить поліетиленгліколь.
3. Забезпечує вологе середовище в рані, що сприяє її загоєнню. Має здатність пом'якшувати сухий некротичний струп, полегшує видалення некротичних тканин, поглинає рановий секрет.
4. Стерильний.
5. Зовнішній вигляд - 15 г в шприці з дозатором.

Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально (копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Лот 9 - 33141110-4 Перев'язувальні матеріали - Гель для ран Prontosan® X, туба 250 г, або еквівалент (57973 Протимікробний іригаційний розчин для ран, стерильний) - 133 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Готовий до застосування стерильний гель для очищення, зволоження та знезараження гострих, хронічних, інфікованих та неінфікованих шкірних ран.
2. Гель для ран не повинен подразнювати шкіру, має добре переноситися; безболісно наноситися та не пригнічувати гранулювання і епітелізацію.
3. Термін зберігання гелю для ран має бути не менше 8 тижнів після його відкриття.
4. Туба 250 г.

Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально (копією інструкції з використання або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу або лист-роз'яснення щодо його відсутності.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів.

3. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 15 місяців або не менше 75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

4. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції із застосування або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

5. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 29.12.2023. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

6. Обов'язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об'єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз'яснення.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

### Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмету закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

.....  
(посада особи, що підписує форму)

.....  
( П.І.Б.)

(підпис)

М. П. \*

\* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

\*\* У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

**2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 2 018 770,66 грн (Два мільйони вісімнадцять тисяч сімсот сімдесят гривень 66 копійок), з ПДВ.**