



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 18"
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Бул.Т.Шевченка,17, м.Київ, 01054, тел.(044)235-40-56, (044)293-24-02,
e-mail: kmkl18@health.kiev.ua, код ЄДРПОУ 01993776

16.06.23 № 061/119-1067
на № _____ від _____

КНП «Київський міський
інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики»
Виконавчого органу Київської
міської Ради (КМДА)

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів», КНП «КМКЛ № 18» надає для оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі по процедурі закупівлі відкриті торги з особливостями:

1. Закупівля код за ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Опромінювач ультрафіолетовий екранований жалюзі бактерицидний (НК 024:2019: 62893 Ультрафіолетова система дезінфекції приміщень)) очікувана вартість предмета закупівлі – 30 400,00 грн. з ПДВ.
Закупівля UA-2023-06-15-012569-а

Виконувач обов'язків директора

Людмила ПИЛИПЧЕНКО

Обґрунтування застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.

Обґрунтування доцільності закупівлі:

На підставі наказу МОЗ від 06.05.2021 № 882 «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров'я» з метою забезпечення належного функціонування структурних підрозділів та безперебійного лікувального процесу, лікувальний заклад має потребу на 2023 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Код класифікатора 024:2019	Найменування	Один. вим.	Кількість	Опис та технічні показники	д
1.	62893 - Ультрафіолетова система дезінфекції приміщень	Опромінювач ультрафіолетовий екранований жалюзі бактерицидний «UV-BLAZE»-30W STANDARD OS	шт	3	Опромінювач ультрафіолетовий екранований бактерицидний, повинен бути призначений для постійного знезараження повітря верхньої частини приміщення в присутності людей. Опромінювання верхньої зони приміщення повинно здійснюватись прямими променями ультрафіолету, що формують однонаправлений потік. Особливості конструкції повинні створювати направлений потік бактерицидного опромінювання, не зменшуючи потужність потоку ультрафіолету та перешкоджаючи потраплянню прямих променів ультрафіолету в нижню частину приміщення. Опромінювач повинен бути розрахований на приміщення площею до 30 м ² Опромінювач екранований	код деп сап еп ої аб аб як

					<p>бактерицидний повинен включати в себе (комплект постачання): спеціальну жалюзійну решітку з алюмінію, безоозонову ультрафіолетову бактерицидну лампу Osram 30Вт (T8, G13), лампотримачі, Osram баласт електронний, електричний провід з вилкою, рефлектор з полірованого алюмінію 929x165x88 мм 6,5 кг (ЕПРА Osram + УФ лампа Osram) Корпус: метал Ресурс роботи УФ лампи 9000 годин</p>	
2.	62893 - Ультрафіоле това система дезінфекції приміщень	Опромінювач ультрафіолето вий екранований жалюзі бактерицидни й «UV- BLAZE»- 15W STANDARD OS	шт	1	<p>Опромінювач ультрафіолетовий екранований бактерицидний, повинен бути призначений для постійного знезараження повітря верхньої частини приміщення в присутності людей. Опромінення верхньої зони приміщення повинно здійснюватись прямими променями ультрафіолету, що формують однонаправлений потік. Особливості конструкції повинні створювати направлений потік бактерицидного опромінення, не зменшуючи потужність потоку ультрафіолету та перешкоджаючи потраплянню прямих променів ультрафіолету в нижню частину приміщення. Опромінювач повинен бути розрахований на приміщення площею до 15 м² Опромінювач екранований бактерицидний повинен включати в себе (комплект постачання):</p>	сн овку державної санітарно- іологічної

					спеціальну жалюзійну решітку з алюмінію, безоозонову ультрафіолетову бактерицидну лампу Osram 15Вт (T8, G13), лампотримачі, Osram баласт електронний, електричний провід з вилкою, рефлектор з полірованого алюмінію 469x165x88 мм 4,0 кг (ЕПРА Osram + УФ лампа Osram) Корпус: метал Ресурс роботи УФ лампи 9000 годин	
--	--	--	--	--	--	--

Якість товару має відповідати діючим на території України державним стандартам та міжнародним стандартам, що має бути підтверджене на момент поставки сертифікатами якості (відповідності) виробника

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

При вивченні кон'юнктури ринку, були враховані середньозважені ціни на відповідний товар по кожній позиції окремо та на загальну суму 30 400,00 грн. з ПДВ.