

33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Система перфузії для трансплантації нирок (16461 Система загального призначення для зберігання / транспортування донорських органів) - 1 компл.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Система перфузії для трансплантації нирок (16461 Система загального призначення для зберігання / транспортування донорських органів) - 1 компл.)

Медико-технічні вимоги	Вимоги	Відповідність (так/ні)
Система призначена для забезпечення перфузії нирок донора при трансплантації.	Відповідність	
Тип системи – модульна, помпова	Відповідність	
Можливість контролю температури при перфузії донорських нирок	Наявність	
Можливість відображення фактичного потоку	Наявність	
Можливість відображення температури перфузії	Наявність	
Індикація живлення помпи	Наявність	
Повідомлення на екрані під час налаштування	Наявність	
Можливість використання газу, що подається в операційну	Наявність	
Можливість використання газу з балону	Наявність	
Датчики тиску	Наявність	
Датчики температури	Наявність	
Датчик потоку	Наявність	
Можливість встановлення бажаного тиску перфузії	Наявність	
Можливість роботи системи від акумулятора не менше 15 хвилин	Наявність	
Сповіщення про розрядження акумулятора	Наявність	
Заряд акумулятора при підключенні до електричної мережі не менше 8 годин	Наявність	
Можливість очищення системи	Наявність	
Звуковий сигнал тривоги	Наявність	
Попереджувальні повідомлення	Наявність	
Частота помпи для не менше 58 ударів за хвилину	Наявність	
Швидкість перфузійного потоку не менше 950 мл/хв	Наявність	
Діапазон регулювання температури не гірше 12,5 - 36,6°C	Наявність	
Максимальне навантаження на стільницю візка не більше 18 кг	Наявність	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов'язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 29.12.2023. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об'єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявності зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз'яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмету закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

.....
(посада особи, що підписує форму)
(підпис)

.....
(П.І.Б.)
М. П.*

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

8 264 666,66 грн (Вісім мільйонів двісті шістдесят чотири тисячі шістсот шістдесят шість гривень 66 копійок), з ПДВ.