

33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Меблі медичного призначення, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Медичні ліжка - 2 найменування:

найменування 1 - Медичне ліжко з механічним приводом (34873 Меблі для лікарень механічні) - 2 шт.;

найменування 2 - Медичне ліжко з електроприводом (34870 Електричне лікарняне ліжко) - 262 шт.

Технічні вимоги:

| № з/п | Опис вимог | Наявність функції або значення параметру |
|--|---|--|
| 1. Медичне ліжко з механічним приводом (34873 Меблі для лікарень механічні) | | |
| 1 | Медичне ліжко з механічним приводом повинно складатись з шести регульованих секцій | наявність |
| 2 | Бічні поручні складні алюмінієві | наявність |
| 3 | Торцеві бильця з АБС пластику повинні легко зніматися, щоб забезпечувати максимально швидкий доступ медичного персоналу до пацієнта | наявність |
| 4 | Колеса ліжка обладнані фіксуючими гальмами | наявність |
| 5 | Ліжко повинно бути обладнане полицею під санітарну ємність | наявність |
| 6 | Габаритні розміри ліжка Д x Ш x В | 2200 x 1000 x 500 мм ± 5 мм |
| 7 | Кут нахилу секції опори спини | 0° -70° (± 3%) |
| 8 | Кут бічного нахилу ложа ліжка: вліво, вправо | 0° -50° (± 3%) |
| 9 | Вага (нетто), не більше 100 кг | наявність |
| 10 | Матеріали, з яких виконано ліжко, екологічно безпечні і стійкі при обробці дезінфікуючими та миючими засобами | наявність |
| 11 | Ліжко має бути укомплектовано: - матрацом 1 шт.; - інфузійною стійкою 1 шт.; - санітарною ємністю 1 шт. | наявність |
| 12 | Максимально допустиме навантаження, не менше | 240 кг |
| 13 | Гарантійний термін - не менше 24 місяців | наявність |
| 14 | Ложе ліжка має бути виготовлено з перфорованого листового металу | наявність |
| 15 | Ручки регулювання мають складатись під раму ліжка | наявність |
| 16 | Матрац повинен мати в своїй основі пресоване кокосове волокно та поліуретан. Наматрачник повинен бути водонепроникним, повітропроникним та легко зніматися для прання | наявність |
| 2. Медичне ліжко з електроприводом (34870 Електричне лікарняне ліжко) | | |
| 1 | Медичне функціональне ліжко повинно бути чотирьохсекційне з двома електроприводами | наявність |
| 2 | Ступінь захисту IPX4 | наявність |

| | | |
|----|---|-----------------------------|
| 3 | Ложе має бути виконано з 4 секцій | наявність |
| 4 | На секціях ложа повинні бути змінні цілісні пластикові сегменти (АВС), стійкі до миття та дезінфекції | наявність |
| 5 | Торцеві огорожі ліжка повинні легко зніматися, що забезпечує максимально швидкий доступ медичного персоналу до пацієнта з усіх боків | наявність |
| 6 | Роздільні бічні огороження та торці ліжка повинні бути виконані з АВС пластику | наявність |
| 7 | Кількість бічних огорожень, не менше | 4 |
| 8 | Габаритні розміри ліжка Д x Ш | 2125 мм x 1035 мм ± 5 мм |
| 9 | Габаритні розміри ложа Д x Ш | 1900 мм x 850 мм ± 5мм |
| 10 | За допомогою електроприводу здійснюється регулювання спинної секції та секції ніг | наявність |
| 11 | Висота ліжка без матрацу | 425 мм ± 5 мм |
| 12 | Діапазон регулювання секції спини | 0° -70° (± 3%) |
| 13 | Діапазон регулювання секції ніг | 0° -30° (± 3%) |
| 14 | Функція CPR - механічна (миттєве вирівнювання секції спини в аварійній ситуації) | наявність |
| 15 | Вбудовані індикатори кутів нахилу в бічних панелях, не менше 4 штук | наявність |
| 16 | Ліжко повинно мати дистанційний (дротовий) пульт керування функціями | наявність |
| 17 | Наявність таких функцій на пульті керування: - регулювання нахилів секцій спини та секції ніг; - позиція Фаулера | наявність |
| 18 | Ліжко має бути встановлено на поворотні 360° колеса, діаметром не менше | 125 мм |
| 19 | Поперечна система гальм | наявність |
| 20 | Рама ложа виготовлена з квадратної металевої труби, покрита електростатичною порошковою фарбою | наявність |
| 21 | Ложе та рама ліжка повинні бути стійкими до будь-яких дезінфікуючих засобів | наявність |
| 22 | У каркасі ліжка в чотирьох кутах повинні бути передбачені установчі отвори для інфузійної стійки | наявність |
| 23 | Захисні роликові відбійники в кутах ложа ліжка, діаметром не менше 90 мм | наявність |
| 24 | Максимально допустиме навантаження, не менше | 230 кг |
| 25 | Ліжко має бути укомплектовано: - матрацом (односекційним, пінополіуретановим, протипролижневим) 1 шт.; - інфузійною стійкою (регульованою за висотою) 1 шт.; - поручнем для само піднімання | наявність |
| 26 | Матрац повинен бути односекційним, пінополіуретановим, протипролижневим, щільністю 28 кг/м ³ , сумісний з розміром ложа ліжка, висотою не менше 120 мм, укомплектований водонепроникним чохлам, що легко знімається, та стійкий до дезінфікуючих засобів | наявність |

| | | |
|----|---|-----------|
| 27 | Ліжко повинно мати слоти для аксесуарів | наявність |
| 28 | Ліжко повинно мати тримач пакета для сечі | наявність |
| 29 | Гарантійний термін - не менше 24 місяців | наявність |

Лот 2 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Тумба приліжкова з відкритим столиком для їжі (10531 Приліжкова шафа) - 350 шт.

Технічні вимоги:

| № з/п | Опис вимог | Наявність функції або значення параметру |
|--------------|---|---|
| 1 | Тумба приліжкова з відкидним столиком для їжі | відповідність |
| 2 | Тумбочка повинна бути обладнана: - середньо висувною шухлядою для габаритних речей; - відкидним столиком для їжі; - відкритою нішею між шухлядами; - нішею для взуття | відповідність |
| 3 | Відкидний столик має регулюватись по висоті та при необхідності складатись | відповідність |
| 4 | Тумбочка повинна мати не менше 4-х поворотних 360° коліс, діаметром 50 мм, 2 з яких з поперечними гальмами | відповідність |
| 5 | Матеріал поверхні передньої панелі шухляд, висувного столика, поверхні тумби - компактний ламінат | відповідність |
| 6 | Матеріал основного каркасу тумби - метал з порошковим покриттям | відповідність |
| 7 | Матеріал колон, що підтримують каркасні з'єднання - алюміній | відповідність |
| 8 | Наявність телескопічних направляючих у висувних шухлядах | відповідність |
| 9 | Матеріал каркасу висувного столика - алюміній | відповідність |
| 10 | Відкритий столик, що легко знімається, повинен мати можливість кріплення з обох сторін тумби | відповідність |
| 11 | Відкидний столик повинен мати функцію нахилу, що застосовується під час читання, за допомогою важеля нахилу, розташованого у нижній частині попередньої частини столу | відповідність |
| 12 | Розміри тумби Ш х Д х В (мм) | 590 x 445 x 860 (± 5 мм) |
| 13 | Розміри верхньої поверхневої тумби Ш х Д (мм) | 440 x 430 (± 5 мм) |
| 14 | Розміри висувного столика Ш х Д (мм) | 400 x 580 (± 5 мм) |
| 15 | Висота ніші, що розміщена між середньою висувною шухлядою та великою висувною шухлядою (мм) | 180 (± 5 мм) |
| 16 | Розміри середньої висувної шухляди Ш х В (мм) | 392 x 114 (± 5 мм) |
| 17 | Розміри великої висувної шухляди Ш х В (мм) | 392 x 350 (± 5 мм) |
| 18 | Максимальна висота висувного столика від підлоги (мм) | 1120 (± 5 мм) |
| 19 | Мінімальна висота висувного столика від підлоги (мм) | 840 |

| | | |
|----|---|---------------|
| | | (± 5 мм) |
| 20 | Відкидний столик має можливість регулюватись по висоті не менше, ніж у трьох положеннях | відповідність |
| 21 | Внутрішня частина висувних шухляд має бути виконана з ABS пластику та мати окремі ніші для зберігання речей | відповідність |
| 22 | Гарантійний термін - не менше 24 місяців | відповідність |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов'язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 29.12.2023. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об'єктів, через які реалізуються послуги, якщо це

передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявності зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз'яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмета закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | |

.....
(посада особи, що підписує форму)
(підпис)

.....
(П.І.Б.)
М. П. *

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

36 044 445,92 грн (Тридцять шість мільйонів сорок чотири тисячі чотириста сорок п'ять гривень 92 копійки), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 26 068 864,92 грн (Двадцять шість мільйонів шістдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 92 копійки);

лот 2 - 9 975 581,00 грн (Дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят одна гривня 00 копійок).