

# 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Витратні матеріали для гемодіалізу, 10 найменувань)

## 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі\*\*:

Витратні матеріали для гемодіалізу, 10 найменувань, зокрема:

найменування 1 - капілярний діалізатор, площею 1,7 - 1,9 м<sup>2</sup> (47072 Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання) - 2500 шт.;

найменування 2 - капілярний діалізатор, площею 1,9 - 2,1 м<sup>2</sup> (47072 Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання) - 300 шт.;

найменування 3 - високопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною, площею 1,8 - 1,9 м<sup>2</sup> (47072 Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання) - 46600 шт.;

найменування 4 - кровопровідна магістраль до діалізатора (артерія-вена) (34999 Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування) - 2500 шт.;

найменування 5 - артеріально-венозний набір кровопровідних магістралей для гемодіалізації, високоефективна HDF комбінована система (34999 Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування) - 46600 шт.;

найменування 6 - фістульна голка венозна (32111 Голка фістульна, одноразового використання) - 49000 шт.;

найменування 7 - фістульна голка артеріальна (32111 Голка фістульна, одноразового використання) - 49000 шт.;

найменування 8 - порошковий картридж основного компоненту Sol-Cart, або еквівалент, з вмістом сухого бікарбонату від 650 г (58905 Картридж з карбонатом натрію для очищення системи гемодіалізу) - 40000 шт.;

найменування 9 - рідкий концентрат кислотного компоненту діалізуючого розчину із вмістом глюкози (35849 Концентрат для гемодіалізу) - 189500 л;

найменування 10 - фільтр для приготування ультра чистого діалізуючого розчину (47739 Фільтр для очищення діалізату від пірогенів до системи гемодіалізу) - 586 шт.

*Вимоги:*

Характеристика капілярного діалізатору площею 1,7 - 1,9 м <sup>2</sup>	Вимога
Мембрана	Синтетична
Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год*мм.рт.ст.)	Від 10 до 20
Стерилізація	Пар або опромінення
Характеристика капілярного діалізатору площею 1,9 - 2,1 м <sup>2</sup>	Вимога
Мембрана	Синтетична
Стерилізація	Пар або опромінення
Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год *мм.рт.ст.)	Від 12 до 22
Характеристика капілярного діалізатору площею 1,8 - 1,9 м <sup>2</sup>	Вимога
Мембрана	Синтетична
Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год*мм.рт.ст.)	Від 75 до 97
Стерилізація	Пар або опромінення
1. Кровопровідна магістраль до діалізатора (артерія-вена):	Вимога

ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ  
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат ЗFAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-3123 від 21.03.2024



1.1. Кровопрвідні магістралі повинні бути сумісними з апаратом для гемодіалізу DIALOG, Dialog plus, Dialog plus online, виробництва B Braun, або еквівалент:	Сумісність
1.2. Кровопрвідні магістралі повинні мати артеріальну та венозну частини з різним кольоровим маркуванням конекторів для приєднання до діалізаторів	Наявність
1.3. Венозний сегмент повинен мати комірку, яка запобігає потраплянню пухирців повітря до кровотоку.	Наявність
1.4. Артеріальний сегмент повинен мати магістраль для інфузії гепарину	Наявність
1.5. З'єднання конектора з фістульною голкою за допомогою ін'єкційного порта типу Луер-Локк	Наявність
2. Артеріально-венозний набір кровопрвідних магістралей для гемодіалізації (високоєфективна HDF комбінована система):	Вимога
2.1. Кровопрвідні магістралі повинні бути сумісні з апаратом для гемодіалізу DIALOG iQ, виробництва B. Braun, або еквівалент	Наявність
2.2. Зажими повинні бути з кольоровою кодировкою	Наявність
2.3. РА і порт PBE	Наявність
2.4. Магістраль заміщення ГДФ	Наявність
2.5. Пре-/постдилюція	Наявність
3. Фістульна голка венозна:	Вимога
3.1. Венозна голка повинна мати боковий зріз	Наявність
3.2. Венозна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу	Наявність
3.3. Венозна голка повинна мати кольорове маркування	Наявність
3.4. Обертіві "крильця" для фіксування на шкірі	Наявність
3.5. Гнучкий сегмент венозної голки повинен мати затискач	Наявність
3.6. Діаметр голки	Від 1,75 мм до 1,85 мм
3.7. Діаметр голки	Від 1,55 мм до 1,65 мм
3.8. Діаметр голки	Від 1,40 мм до 1,55 мм
3.9. Довжина металевого сегменту	Від 20 до 30 мм
3.10. Довжина гнучкого сегменту	Не більше 300 мм
3.11. Замовник за своїми потребами має право вибирати з вищезазначених діаметрів голок	Вимога
4. Фістульна голка артеріальна:	Вимога
4.1. Артеріальна голка повинна мати боковий зріз	Наявність
4.2. Артеріальна голка повинна мати пристрій, що вказує на положення бокового зрізу	Наявність
4.3. Артеріальна голка повинна мати кольорове маркування	Наявність
4.4. Обертіві "крильця" для фіксування на шкірі	Наявність
4.5. Гнучкий сегмент артеріальної голки повинен мати затискач	Наявність
4.6. Діаметр голки	Від 1,75 мм до 1,85 мм



ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-3123 від 21.03.2024

4.7. Діаметр голки	Від 1,55 мм до 1,65 мм
4.8. Діаметр голки	Від 1,40 мм до 1,55 мм
4.9. Довжина металевого сегменту	Від 20 до 30 мм
4.10. Довжина гнучкого сегменту	Не більше 300 мм
4.11. Замовник за своїми потребами має право вибирати з вищезазначених діаметрів голок	Вимога
5. Порошковий картридж основного компоненту Sol-Cart, або еквівалент, з вмістом сухого бікарбонату від 650 г:	Вимога
5.1. Повинен бути сумісним з апаратом для гемодіалізу Dialog, Dialog plus, Dialog plus online, DIALOG iQ, виробництва BBraun, або еквівалент	Сумісність
5.2. Вміст сухого бікарбонату від 650 г	Наявність
6. Рідкий концентрат кислотного компоненту діалізуючого розчину із вмістом глюкози:	Вимога
6.1. Готовий до використання рідкий концентрат кислотного компоненту для приготування бікарбонатного діалізуючого розчину в ємностях від 8 до 12 літрів	Наявність
6.2. Рідкий концентрат кислотного компоненту після змішування з водою для діалізу в стандартній пропорції (1:34-1:35) має утворювати розчин з наступними іонними концентраціями	Відповідність
Натрій (Na <sup>+</sup> )	138-140 ммоль/л
Калій (K <sup>+</sup> )	2,0-3,0 ммоль/л
Кальцій (Ca <sup>++</sup> )	1,25-1,75 ммоль/л *
Магній (Mg <sup>++</sup> )	0,5-0,75 ммоль/л
Хлорид (Cl <sup>-</sup> )	108-111,5 ммоль/л
Ацетат (CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> )	2,0-3,0 ммоль/л
Глюкоза	1-2г/л

\* Замовник за своїми потребами має право вибрати розчини зі складом Кальцію (Ca<sup>++</sup>) 1,25 ммоль/л або 1,5 ммоль/л, або 1,75 ммоль/л

7. Фільтр для приготування ультра чистого діалізуючого розчину:	Вимога
7.1. Повинен бути сумісний з апаратом для гемодіалізу та гемодіафільтрації Dialog, Dialog plus, Dialog plus online, DIALOG iQ	Сумісність
7.2. Повинен бути призначений для використання у якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину	Наявність
7.3. Повинен використовуватися для отримання заміщуючого розчину в процедурах гемодіафільтрації он-лайн	Наявність

*Загальні вимоги:*

1. Витратні матеріали повинні бути зареєстровані в Україні згідно вимог чинного законодавства України. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію відповідного документу (чи лист-роз'яснення щодо його відсутності)



ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-3123 від 21.03.2024

стосовно відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують.

2. Витратні матеріали повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування витратних матеріалів.

3. Строк придатності витратних матеріалів на момент поставки повинен становити не менше 75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності витратних матеріалів.

4. Строк поставки витратних матеріалів повинен становити не більше 10 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 27.12.2024. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки витратних матеріалів.

5. Обов'язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження постачальник надає сертифікат відповідності, який виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, і який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об'єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз'яснення.

7. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

## Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

(посада особи, що підписує форму)  
(підпис)

(П.І.Б.)  
М. П.\*

ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ  
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-3123 від 21.03.2024



\* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

\*\* У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

**2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:**

**120 149 405,04 грн (Сто двадцять мільйонів сто сорок дев'ять тисяч чотириста п'ять гривень 04 копійки), з ПДВ.**



ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-3123 від 21.03.2024