

38510000-3 Мікроскопи (Мікроскопи для офтальмології, 2 лоти)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 38516000-5 Монокулярні та/або біноклярні світлові біологічні мікроскопи - Мікроскоп 0-градусний для асистента (35191 Мікроскоп хірургічний загального призначення) - 1 шт.

Вимоги:

№ з/п	Опис параметра	Наявність функції або величина параметра	Відповідність (так/ні) з обов'язковим посиланням на сторінку з технічної документації виробника
	0-градусний асистентський мікроскоп біноклярний тубус, який відхиляється, з функцією фокусування для операційного мікроскопа OMS-800, виробник Горсон		
1	Можливість зміни кута нахилу асистентського мікроскопу	Відповідність	
2	Тип мікроскопу асистента - тип Галілея	Відповідність	
3	Окуляр лінзи мікроскопу асистента (масштабування) - 12,5x	Відповідність	
4	Масштабування – 0.6, 1, 1.6	Відповідність	
5	Можливість індивідуального налаштування міжзничної відстані мікроскопу асистента	Відповідність	
6	Можливість індивідуального налаштування фокусування мікроскопу асистента	Відповідність	

Лот 2 - 38511000-0 Електронні мікроскопи - Офтальмологічний мікроскоп (35191 Мікроскоп хірургічний загального призначення) - 1 компл.

Вимоги:

№ з/п	Опис параметра	Наявність функції або величина параметра	Відповідність (так / ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
1	Призначений для офтальмологічних втручань. Застосовується в хірургії ока і призначений для проведення офтальмологічних операцій, включаючи операції з видалення катаракти	Відповідність	
2	Апарат повинен мати координаційний X-Y блок	Наявність	
Апарат повинен мати наступні технічні характеристики:			

ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-6948 від 16.07.2024



3	Збільшення – неперервне зростання кратності.	Відповідність	
4	Фокусна відстань приблизно – 200 мм	Відповідність	
5	Загальне збільшення приблизно – 4,2x - 21x	Відповідність	
6	Окуляр – 12,5x	Відповідність	
7	Оптична система освітлення – трипроменеве освітлення (-2°, +2°, +4°), що забезпечує високу контрастність тіні навіть за умов низького рівня освітлення	Відповідність	
8	Управління – за допомогою панелі управління та педалі управління	Відповідність	
9	Електромагнітне блокування рукава мікроскопу – фіксування та запобігання небажаного руху	Відповідність	
10	Подвійна моторизована система фокусування: можливість контролю та управління фокусуванням (грубим та точним) та збільшенням за допомогою педалі управління	Відповідність	
11	Діапазон руху мікроскопу в горизонтальній площині (діапазон руху координатного X-Y блоку) – не менше 50 мм	Відповідність	
12	Діапазон вертикального руху (точне фокусування) – не менше 60 мм	Відповідність	
13	Можливість зміни кутів та типу освітлення, контролю фокусування, масштабності, інтенсивності освітлення та X-Y-переміщення за допомогою педалі управління	Відповідність	
14	Можливість контролю швидкості фокусування, масштабування та X-Y- переміщення	Відповідність	
15	Можливість регулювання балансу рукава	Відповідність	
16	Довжина першого плеча, не менше, ніж 375 мм	Відповідність	
17	Здатність повороту першого плеча, не менше 300°	Відповідність	
18	Довжина другого плеча, не менше, ніж 990 мм	Відповідність	
19	Здатність повороту другого плеча, не менше 300°	Відповідність	
20	Можливість встановлення захисного фільтру для роботи з лазерною системою	Відповідність	
21	Індикація необхідності заміни допоміжної лампи освітлення	Відповідність	
22	Мікроскоп комплектується стерильними ковпачками	Відповідність	
	0-градусний асистентський мікроскоп:		
23	Можливість зміни кута нахилу асистентського мікроскопу	Відповідність	
24	Тип мікроскопу асистента - тип Галілея	Відповідність	
25	Окуляр лінзи мікроскопу асистента (масштабування) - 12,5x	Відповідність	
26	Масштабування – 0.6, 1, 1.6	Відповідність	
27	Можливість індивідуального налаштування міжзничної відстані мікроскопу асистента	Відповідність	
28	Можливість індивідуального налаштування фокусування мікроскопу асистента	Відповідність	



ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-6948 від 16.07.2024

29	Максимальне навантаження на рукав – до 18 кг	Відповідність	
30	Електричне живлення приладу повинно здійснюватися від стандартної однофазної мережі 220 Вольт / 50 Гц	Відповідність	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволенним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

Якщо обладнання не є медичним виробом, учасник надає лист-роз'яснення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (надати лист-підтвердження із вказанням адреси розташування та контактних телефонів сервісного центру) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 20.12.2024. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).



ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-6948 від 16.07.2024

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмету закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

.....
(посада особи, що підписує форму)

.....
(П.І.Б.)

(підпис)

М. П.*

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

6 648 610,00 грн (Шість мільйонів шістсот сорок вісім тисяч шістсот десять гривень 00 копійок), з ПДВ.,

лот 1 - 1 375 825,00 грн. (Один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень 00 копійок).;

лот 2 - 5 272 785,00 грн. (П'ять мільйонів двісті сімдесят дві тисячі сімсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок).

ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-6948 від 16.07.2024

