

33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Витратні матеріали для перитонеального діалізу, 5 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33181520-3 Матеріали для ниркового діалізу - Розчини для перитонеального діалізу вмістом глюкози, по 2000 мл розчину у мішку «Твін Бег», обладнаному ін'єкційним портом, з інтегрованим за допомогою двох магістралей та Y-з'єднувача порожнім пластиковим мішком для дренажу, вкладених у прозорий пластиковий пакет або еквівалент (35896 Діалізат перитонеального діалізу) - 17000 шт.

лот 2 - 33181520-3 Матеріали для ниркового діалізу - Розчин для перитонеального діалізу ДІАНІЛ ПД 4, з вмістом глюкози, по 5000 мл розчину у пластиковому мішку «Віафлекс» PL 146-3, одинарному, обладнаному ін'єкційним портом та з'єднувачем, вкладеному у прозорий пластиковий пакет, або еквівалент (35896 Діалізат перитонеального діалізу) - 8644 шт.;

лот 3 - 33181520-3 Матеріали для ниркового діалізу - Набір HomeChoice для автоматизованого ПД з касетою, 4 конектора (в складі пристроїв для вливання та виливання перитонеальних розчинів), або еквівалент (35986 Набір для переливання для постійного амбулаторного перитонеального діалізу) - 4322 шт.;

лот 4 - 33181520-3 Матеріали для ниркового діалізу - Дренажний комплект циклера (в складі пристроїв для вливання та виливання перитонеальних розчинів), або еквівалент (35000 Магістраль для перитонеального діалізу) - 4322 шт.;

лот 5 - 33181520-3 Матеріали для ниркового діалізу - Ковпачок роз'єднувальний дезінфікуючий MiniCap (в складі ковпачків роз'єднувальних дезінфікуючих MiniCap) або еквівалент (47580 Набір для під'єднання пацієнта до системи перитонеального/екстракорпорального діалізу) - 25644 шт.

Спеціальні вимоги:

Розчин для перитонеального діалізу у подвійних мішках по 2,0 л повинен мати концентрацію глюкози: 1,36-1,5%; 2,27-2,5%; 3,86-4,25%. Конектор системи для перитонеального діалізу повинен бути геометрично сумісний з дистальним конектором (подвійний герметизуючий роз'єм-з'єднувач типу Luer) перехідної трубки (подовжувача катетера). Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі або копію документа підтверджуючого відповідність.

Розчин для перитонеального діалізу з вмістом глюкози у мішках одинарних по 5,0 л повинен мати концентрацію глюкози: 1,36-1,5%; 2,27-2,5%; 3,86-4,25%. Конектор мішка з розчином повинен бути геометрично сумісний з конектором касети до апарату для автоматизованого перитонеального діалізу Home Choice PRO/Claria (або еквівалент). Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі або копію документа підтверджуючого відповідність.

Касета до апарату для автоматизованого перитонеального діалізу повинна бути сумісна з апаратом Home Choice PRO/Claria (або еквівалент) та мати конектори, які геометрично сумісні з конекторами одинарних мішків з розчинами для перитонеального діалізу по 5,0 л та конекторами дренажних комплектів. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі або копію документа підтверджуючого відповідність.



ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-7856 від 14.08.2024

Дренажний комплект до апарату для автоматизованого перитонеального діалізу повинен мати конектор, який геометрично сумісний з конектором касети до апарату для автоматизованого перитонеального діалізу Home Choice PRO/Claria (або еквівалент). Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі або копію документа підтверджуючого відповідність.

Пластиковий ковпачок, що від'єднується, повинен містити антисептик-дезінфектант, призначений для закриття дистального конектора перехідної трубки, геометрично сумісний з ним (подвійний герметизуючий роз'єм-з'єднувач типу Luer) перехідної трубки (подовжувача катетера). Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі або копію документа підтверджуючого відповідність.

Загальні вимоги:

1. Витратні матеріали повинні бути зареєстровані в Україні згідно вимог чинного законодавства України. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію відповідного документа (чи лист-роз'яснення щодо його відсутності) стосовно відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro*, або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують.

2. Витратні матеріали повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування витратних матеріалів.

3. Строк придатності витратних матеріалів на момент поставки повинен становити не менше 75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності витратних матеріалів.

4. Строк поставки витратних матеріалів повинен становити не більше 10 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 27.12.2024. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки витратних матеріалів.

5. Обов'язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження постачальник надає сертифікат відповідності, який виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, і який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об'єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз'яснення.

7. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).



ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-7856 від 14.08.2024

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

.....
(посада особи, що підписує форму)
(підпис)

.....
(П.І.Б.)
М. П.*

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

13 900 786,38 грн (Тринадцять мільйонів дев'ятсот тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 38 копійок), з ПДВ, зокрема:

лот 1 - 4 611 420,00 грн (Чотири мільйона шістсот одинадцять тисяч чотириста двадцять гривень 00 копійок);

лот 2 - 4 034 587,00 грн (Чотири мільйона тридцять чотири тисячі п'ятсот вісімдесят сім гривень 00 копійок);

лот 3 - 3 776 477,16 грн (Три мільйони сімсот сімдесят шість тисяч чотириста сімдесят сім гривень 16 копійок);

лот 4 - 1 005 426,86 грн (Один мільйон п'ять тисяч чотириста двадцять шість гривень 86 копійок);

лот 5 - 472 875,36 грн (Чотириста сімдесят дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять гривень 36 копійок).



ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000002DCC2500093CC300

Підписувач Гінзбург Валентина Григорівна

Дійсний з 03.10.2023 11:20:49 по 03.10.2025 11:20:49

Департамент охорони здоров'я



061-7856 від 14.08.2024